

PRÜFBERICHT - TEST REPORT Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	48758965	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300266275
-----------------------------------	----------	---	-----------



Kunde / Customer	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.
<i>Viamed</i>	RTS1100928
Auftragsdatum / Date of Order	02.08.2023
Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>K6</i>

Beanstandung / Objection

instabil

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1002727	<i>11/22</i>	103063	<i>01/24</i>	Oxygen Sensor OOM202 VIA

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report

Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]	<i>14,5 ± 1,5</i>	<i>14,4</i>	
2 [%]	<i>22</i>	<i>22</i>	
3 [µV]	<i>2150</i>	<i>36</i>	

Prüfbericht / Checklist

Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications
	außerhalb der Garantie / out of warranty

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	Geprüft / Inspected: <i>BM</i>
Lieferdatum / Delivery Date	
Bearbeitet / Processed <i>21.08.23</i>	