

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vandagroph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS 3100 974	Envitec	300274843
Artikel/ Article	000 103-2V	Anzahl/ Quantity	9	Eing. Datum/ Inc. Date	03.05.24
Bearbeitet/ processed	V. B. Beer	Prüfdatum/ Insp. Date	17.05.24	Geprüft/ Inspected	Beer

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result			Bemerkung/ Remark	ausserhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Bewertung/ Evaluation	
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O <sub>2</sub> [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O <sub>2</sub> [mV]	Linearität/ Linearity [%]				Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	144 224	3123	9,3	12	i.O.	kurzwehrt?			1	
2	144 823	04123	10,8	265	i.O.				3	
3	145 548	05123	11,7	32	i.O.	kurzwehrt auffällig			7	
4	147 253	08123	11,4	34	i.O.	kurzwehrt auffällig			7	
5	148 284	10123	11,7	28	i.O.				4	
6	148 261	11123	0						4	
7	149 639	12123	11,4	25	i.O.			X		
8	149 771	12123	0						4	
9	149 878	12123	0						4	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance  
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance  
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective  
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable  
 Fehler O2-S004: Signal OmV / Signal OmV  
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage