

Honeywell
Healthcare Solutions GmbH

Honeywell
Healthcare Solutions GmbH

GERÄTETYP – TYPE OF DEVICE:	SER.-NR. GERÄT – DEVICE SERIAL	SER.-NR. SENSOR – SENSOR SERIAL	KUNDE – CUSTOMER	DATUM – D
MySign O	103633		Viamed	10.03.25
ZUBEHÖR - ACCESSORIES:				

1.	Sichtkontrollen – Visual Controls	OK	Bemerkungen – Comments	3.	Endtest – Final test Entsprechend Prüfliste 065-24-Prüfliste_MySign O
1.1.	Gehäuse – Housing	☒		3.1.	Kalibration / Calibration (21%) ☒ Ja / Yes
1.2.	Befestigungselemente – Fasteners	☒		3.2.	Kalibration / Calibration (100 %) ☒ Ja / Yes
1.3.	Beschriftung / Label – Label	☒		3.3.	Kontrollmessungen – Check Readings: Sollwert - Set Value Istwert / Actual value
1.4.	Spiralkabel	☒		3.4.	Stickstoff / Nitrogen (100% N2) 0% (+/- 0,1%) 0,0
				3.5.	Sauerstoff / Oxygen (100% O2) 100% (+/- 3%) 103
2.	Elektrische Kontrollen – Electrical Controls			3.6.	Sensorwechsel Changing of Sensor Seriennummer – Serial No. Bemerkungen – Comments
2.1.	Federkontakte – Spring Device	☒		3.6.1	Sensor alt – Old Sensor
2.2.	Sensorverbindung – Sensor Connection	☒		3.6.2	Sensor neu – New Sensor
2.3.	Display – Display	☒			☒ Sensorwechsel nicht nötig – Changing of sensor not needed
2.4.	Akustische Signale – Audio Signals	☒		4.	Abschluß d. Wartung – End of Service
2.5.	Optische Signale – Optical Signals	☒		4.1.	Reinigung d. Gerätes – Device Clean. ☒
2.6.	Akku – Rechargeable Battery	☒			
2.7.	Leiterplatte – Printed Circuit Board	☒			
2.8.	Display – Display	☒			
2.9.	Frontfolie - Keypad	☒			
2.10.	Lage des Sensors	☒			
	Sonstiges – Others				
	Honeywell Healthcare Solutions GmbH Alter Hohenhof 18 23066 Wissemar / GERMANY				
	Wartung durchgeführt – Service performed				
	23066 Wissemar / GERMANY Tel: +49 41 / 360 - 1 E-Mail: service@honeywell.com UNTERSCHRIFT / FIRMENSIGNE: 23066 Wissemar / GERMANY				
	DATUM – DA 10.03.25				

Electronics error corrected ✓

The dock and hive must be tested
Device came without Akku

Honeywell Healthcare Solutions GmbH Alter Holzhafen 18 23966 Wismar / Germany	Tel.: +49-3841-360-1 Fax: +49-3841-360-222 Service: +49-3841-360-480	E-Mail: info@envitec.com URL: www.envitec.com
--	--	---