

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Canada graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	275 3100 1029	Envitec	390286 102
Artikel/ Article	900 103-2V	Anzahl/ Quantity	8		Eing. Datum/ Inc. Date	13.05.25
Bearbeitet/ processed	U. B. W.	Prüfdatum/ Insp. Date	13.05.25		Geprüft/ Inspected	B. W.

Nr.	Produkt/ Identification		Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	154 305	7124	11.6	36	i.o.			5	01	
2	155 323	08124	7.3						01	
3	157 213	10124	4.9					X	01	
4	157 303	10124	11.4	33	i.o.			X		
5	157 696	12124	10.4	61	i.o.					
6	158 138	12124	0						04	
7	158 252	01125	0						04	
8	158 064	02125	11.7	46	i.o.	kalibrierungslos			02	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage