

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vaudagroph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer 275 100 1038	Envitec 800 287 793
Artikel/ Article	00D103-1	Anzahl/ Quantity	3	Eing. Datum/ Inc. Date 14.07.25
Bearbeitet/ processed	V. Bue	Prüfdatum/ Insp. Date	15.07.25	Geprüft/ Inspected Bue

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	103786		10.9	Faulty	Faulty				02103	
2	103812		11.2	Faulty	Faulty				02103	
3	103820		10.9	Faulty	Faulty				02103	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal OnV / Signal OnV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage