

PRÜFBERICHT – TEST REPORT



Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vandagapah	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer	275 31001050	Erweit.	300290069
Artikel/ Article	00D 103-2V 00D103	Anzahl/ Quantity	3,2	Eing. Datum/ Inc. Date	13.10.25	
Bearbeitet/ processed	K. Bru	Prüfdatum/ Insp. Date	13.10.25	Geprüft/ Inspected	Bru	

Nr.	Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [mV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	157582	12124							06	
2	157590	12124							06	
3	157593	12124							06	
4	104861	12124	10,7	49	46,6%				02	
5	106177	04125	0						04	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance

Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance

Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective

Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable

Fehler O2-S004: Signal OnV / Signal OnV

Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage