

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vanda Graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS 31001052	Envitec	300 291077
Artikel/ Article	000103-1V; 000103	Anzahl/ Quantity	2;2	Eing. Datum/ Inc. Date	30.10.25
Bearbeitet/ processed	K. B. 2024	Prüfdatum/ Insp. Date	03.11.25	Geprüft/ Inspected	B. 2024

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nulsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	120261	08124	10.8	52	i.o.	keine Messfehler			02	
2	120816	11124	11.6	75	i.o.	keine Messfehler			02	
3	113615	11124	0						04	
4	114281	08125	11.6	47	i.o.			x		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage