

PRÜFBERICHT – TEST REPORT



Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Verda graph</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>PTS 31004058</i>	Envitec	<i>30029051</i>
Artikel/ Article	<i>OOD 103-1V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>2</i>	Eing. Datum/ Inc. Date	<i>12.12.25</i>
Bearbeitet/ processed	<i>K. B. Müller</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>12.12.25</i>	Geprüft/ Inspected	<i>Blum</i>

Nr.	Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	<i>121473</i>	<i>05125</i>	<i>0</i>						<i>04</i>	
2	<i>121474</i>	<i>05125</i>	<i>0</i>						<i>04</i>	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage