

PRÜFBERICHT – TEST REPORT



Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vademecum	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS 3100.1061	Envitec 300292429
Artikel/ Article	00D103; 00D103-AL	Anzahl/ Quantity	211	Eing. Datum/ Inc. Date 23.01.26
Bearbeitet/ processed	K. B. W.	Prüfdatum/ Insp. Date	27.01.26	Geprüft/ Inspected B. W.

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result				Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	105735	10124	0						04	
2	101442	05125	10.4	53	faulty				02	
3	121339	05125	11.8	45	faulty				02	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage