

## PRÜFBERICHT - TEST REPORT Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	400456929	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300294410
-----------------------------------	-----------	---	-----------



Kunde / Customer <i>Via med</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	RTS11001067
------------------------------------	---	-------------

Auftragsdatum / Date of Order	16.02.2026
-------------------------------	------------

Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>KG</i>
--------------------------------	--

Beanstandung / Objection
--------------------------

<i>Signal low output</i>
--------------------------

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1002720	<i>04126</i>	125446	<i>07126</i>	Oxygen Sensor OOM201 VIA

### Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere                 | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2]   |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal   | [100 % vol.N2]   |

### Messprotokoll / Test Report

Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]	<i>17±3</i>	<i>18,6</i>	<i>19,2</i>
2 [%]	<i>63</i>	<i>73</i>	<i>73</i>
3 [µV]	<i>6250</i>	<i>6250</i>	<i>6250</i>

### Prüfbericht / Checklist

Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance	
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable	<input checked="" type="checkbox"/>
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance	
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV	
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective	
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage	
	O2-S007..Sonstiges / Others	
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications	
	außerhalb der Garantie / out of warranty	

Anerkannt / Accepted <input checked="" type="checkbox"/>	Nicht anerkannt / Not Accepted <input type="checkbox"/>
--	---

Austausch / Replacement VB-Nr. / VB No	Rücksendung / Return Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	Geprüft / Inspected: <i>BMM</i>
Lieferdatum / Delivery Date Bearbeitet / Processed <i>09.03.26</i>	