

PRÜFBERICHT – TEST REPORT



Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	Vanda graph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer PTS 31001066	EnvieC	300294440
Artikel/ Article	000103-15C	Anzahl/ Quantity	1	Eing. Datum/ Inc. Date	18.02.26
Bearbeitet/ processed	K. B.W.	Prüfdatum/ Insp. Date	05.03.26	Geprüft/ Inspected	B.W.

Nr.	Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20.9% O ₂ [mV]	Nulhsignal/ Offset @ 0% O ₂ [mV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	118388	04126	0						04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)
 Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage