

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Vandagroph</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>ETS 31001088</i>	Envitec <i>300298191</i>
Artikel/ Article	<i>000 103-1V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>3</i>	Eing. Datum/ Inc. Date <i>16.07.26</i>
Bearbeitet/ processed	<i>K. ZWU</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>20.07.26</i>	Geprüft/ Inspected <i>ZWU</i>

Produkt/ Identification			Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation				
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	121388	06125	0						04	
2	122333	08125	12.6	75	100	Circuit board corroded			07	
3	123310	03126	0						04	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
 Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
 Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
 Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
 Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
 Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage