

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	47568170	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300239780
-----------------------------------	----------	---	-----------



Kunde / Customer <i>Vanda graph</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No. RTS3100796
--	--

Auftragsdatum / Date of Order	16.06.2021
-------------------------------	------------

Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>K6</i>
--------------------------------	--

Beanstandung / Objection

<i>keines Ausgangssignal</i>

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1002736	<i>04121</i>	102351	<i>06122</i>	Oxygen Sensor OOD103 VAN 8010018

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]	<i>11±2</i>	<i>18.45</i>	
2 [%]	<i>1200</i>	<i>1200</i>	
3 [µV]	<i>13</i>	<i>13</i>	

Prüfbericht / Checklist		
Fehler / Defect	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance	☒
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable	☐
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance	☐
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV	☐
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective	☐
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage	☐
	O2-S007..Sonstiges / Others	☐
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications	☐
	außerhalb der Garantie / out of warranty	☐

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>Bmel</i>
Bearbeitet / Processed <i>28.06.21</i>	