

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer / Process Number	47485684	Benachrichtigungsnummer / Notification Number	300237033
------------------------------------	----------	--	-----------



Kunde / Customer <i>Via med</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No. RTS1100773
------------------------------------	---

Auftragsdatum / Date of Order 15.04.2021	Aufgenommen von / Received by <i>KG</i>
---	--

Bearbeitung / Objection <i>kein Ausgang</i>
--

Artikelnummer / Art. No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
720	<i>08/20</i>	121272	<i>10/21</i>	Oxygen Sensor OOM201 VIA

Prüfbedingungen unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfparameter / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [m]			
2 [%]			
3 [µ]			

Prüfprotokoll / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications außerhalb der Garantie / out of warranty

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / B No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	Geprüft / Inspected: <i>Bum</i>
Lieferdatum / Delivery Date	
Bearbeitet / Processed <i>28.04.21</i>	

PRÜFERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer / Process Number	47485685	Benachrichtigungsnummer / Notification Number	300237033
------------------------------------	----------	--	-----------



Kunde / Customer	Vianord	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	RTS1100773
------------------	---------	---	------------

Auftrag / Order	Datum / Date of Order	15.04.2021
Liefercode / Delivery Code	Aufgenommen von / Received by	V. G.

Beanstandung / Objection	Intermittent
--------------------------	--------------

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1720	08/20	121274	10/21	Oxygen Sensor OOM201 VIA

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2. Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3. Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1. nV			
2. %			
3. µV			

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Effect:	O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz / Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications
	außerhalb der Garantie / out of warranty

Anerkannt / Accepted	☒	Nicht anerkannt / Not Accepted	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
V-Nr. / B No	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	Geprüft / Inspected:
Lieferdatum / Delivery Date	
Beurteilt / Processed	28.08.21