

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

ENVITEC
by Honeywell

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD

Kunde/ Customer	<i>Viaued</i>	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer <i>PT53100473</i>	Emtec <i>300251 375</i>
Artikel/ Article	<i>00A 101-V</i>	Anzahl/ Quantity	<i>3</i>	Eing. Datum/ Inc. Date <i>05.04.22</i>
Bearbeitet/ processed	<i>V. Blum</i>	Prüfdatum/ Insp. Date	<i>09.04.22</i>	Geprüft/ Inspected <i>Blum</i>

Produkt/ Identification				Messwert/ Test Result			Bewertung/ Evaluation			
Nr.	Seriennummer/ Serial no.	Lieferlos/ Manufact. code	Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]	Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]	Linearität/ Linearity [%]	Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlerkode/ Failure- code	Austausch / Replacement
1	104 812	11121	11,8	23	0,8	Drucktest			07	
2	105 010	12121	12,2	18	0,7	Drucktest			07	
3	105 014	12121	12,2	24	0,5	Drucktest			07	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance
Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance
Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective
Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable
Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV
Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage