

Einweg- Probengasleitung S

⚠ Warnung: Schneiden Sie keine Teile der Probengasleitung ab, oder entfernen Sie keine Teile. Veränderte oder abgeschnittene Probengasschläuche verursachen fehlerhafte Messwerte.

⚠ Warnung: Lose oder beschädigte Steckverbinder können die Beatmung beeinträchtigen oder ungenaue Messungen der Atemluft verursachen. Schließen Sie alle Komponenten fest an und überprüfen Sie die Anschlüsse gemäß den klinischen Standardverfahren auf Leckagen.

⚠ Warnung: Einwegprodukt. Aufgrund des Kontaminationsrisikos nicht für mehr als einen Patienten verwenden.

⚠ Achtung: Versuchen Sie niemals, irgendeinen Teil der Probengasleitung zu reinigen, zu desinfizieren, zu sterilisieren oder zu spülen, da dies das Überwachungsgerät beschädigen könnte.

⚠ Achtung: Entsorgen Sie die gebrauchten Probengasleitungen gemäß den geltenden Vorschriften für die Entsorgung von kontaminiertem Abfall aus dem medizinischen Bereich.

Hinweis: Wechseln Sie die Probengasleitung gemäß der Krankenhausvorschriften aus oder wenn das Gerät eine Blockierung anzeigt. Übermäßige Sekretbildung beim Patienten oder eine Ansammlung von Flüssigkeit in den Atemwegsschläuchen könnte den Probengasschlauch verstopfen und ein häufigeres Auswechseln erfordern.

Hinweis: Den Stecker der Probengasleitung an das Überwachungsgerät im Uhrzeigersinn in den CO₂-Anschluss andrehen. Achten Sie darauf dass sie den Stecker soweit drehen bis Sie nicht mehr weiterdrehen können. Somit ist sichergestellt, dass keine Leckage vorhanden ist die bei der Messung die Messgenauigkeit beeinträchtigen würde.

Hinweis: Prüfen Sie nach dem Anschluss der CO₂-Probengasleitung, ob die CO₂-Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen für die Patientenüberwachung mit den Probegasleitungen bekannt, vorausgesetzt die erhaltenen Messwerte werden unter Berücksichtigung des Patientenzustandes ausgewertet.

Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur an Ärzte oder von einem Arzt beauftragte Personen verkauft werden.

Gebrauchsanweisung

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen Austausch der-Probengasleitung nach mindestens 72 Stunden.

Symbole

	CE Kennzeichnung	
	Verwendbar bis	Achtung
	Stückzahl	Nur für den einmaligen Gebrauch
	Katalognummer Gas	Temperaturgrenzwerte
	Latex frei	Siehe Gebrauchsanweisung
	Hersteller	Herrstellungsdatum
	Lot Nummer	Feuchtigkeitsgrenzwerte
	PHT frei	Typ Nummer
	Druckgrenzwerte	Bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht verwenden

Disposable- Gas Sampling Lines S

⚠ Warning: Do not cut or remove any part of the sampling line. Cutting the sampling line could lead to erroneous readings.

⚠ Warning: Loose or damaged connections may compromise ventilation or cause an inaccurate measurement of respiratory gases. Securely connect all components and check connections for leaks according to standard clinical procedures.

⚠ Warning: Due to risk of cross contamination, do not re-use.

⚠ Caution: Do not attempt to clean, disinfect, sterilize or flush any part of the sampling line as this can cause damage to the monitor.

⚠ Caution: Dispose of sampling lines in accordance with standard operating procedures or local regulations for the disposal of contaminated medical waste.

Note: Replace the sampling line in accordance with hospital protocols or when a blockage is indicated by the device. Excessive patient secretions or a build-up of liquids in the airway tubing may occlude the sampling line, therefore requiring more frequent replacement.

Note: When connecting a sampling line to the monitor, insert the sampling line connector clockwise into the monitor CO₂ port and turn the connector until it can no longer be turned, so as to ensure that it is connected securely to the monitor. This will ensure that there is no leakage of gases during measurement at the connection point and that measurement accuracy is not compromised.

Note: Following connection of the CO₂ sampling line, check that CO₂ values appear on the monitor display.

Contraindications

There are no known contraindications for patient monitoring with the sampling lines provided that the data obtained by the gas monitoring is evaluated with consideration given to the patients clinical condition.

Federal law (U.S.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Instructions for use

For reasons of hygiene, replacing sampling lines within a maximum period of 72 hours is recommended.

Symbols

	CE mark	
	Use by	
	Quantity	
	Catalogue number	
	Latex free	
	Manufacturer	
	Lot number	
	PHT free	
	Atmospheric pressure limitation	

Einweg- Probengasleitung S

⚠ Warnung: Schneiden Sie keine Teile der Probengasleitung ab, oder entfernen Sie keine Teile. Veränderte oder abgeschnittene Probengasschläuche verursachen fehlerhafte Messwerte.

⚠ Warnung: Lose oder beschädigte Steckverbinder können die Beatmung beeinträchtigen oder ungenaue Messungen der Atemluft verursachen. Schließen Sie alle Komponenten fest an und überprüfen Sie die Anschlüsse gemäß den klinischen Standardverfahren auf Leckagen.

⚠ Warnung: Einwegprodukt. Aufgrund des Kontaminationsrisikos nicht für mehr als einen Patienten verwenden.

⚠ Achtung: Versuchen Sie niemals, irgendeinen Teil der Probengasleitung zu reinigen, zu desinfizieren, zu sterilisieren oder zu spülen, da dies das Überwachungsgerät beschädigen könnte.

⚠ Achtung: Entsorgen Sie die gebrauchten Probengasleitungen gemäß den geltenden Vorschriften für die Entsorgung von kontaminiertem Abfall aus dem medizinischen Bereich.

Hinweis: Wechseln Sie die Probengasleitung gemäß der Krankenhausvorschriften aus oder wenn das Gerät eine Blockierung anzeigt. Übermäßige Sekretbildung beim Patienten oder eine Ansammlung von Flüssigkeit in den Atemwegsschläuchen könnte den Probengasschlauch verstopfen und ein häufigeres Auswechseln erfordern.

Hinweis: Den Stecker der Probengasleitung an das Überwachungsgerät im Uhrzeigersinn in den CO₂-Anschluss andrehen. Achten Sie darauf dass sie den Stecker soweit drehen bis Sie nicht mehr weiterdrehen können. Somit ist sichergestellt, dass keine Leckage vorhanden ist die bei der Messung die Messgenauigkeit beeinträchtigen würde.

Hinweis: Prüfen Sie nach dem Anschluss der CO₂-Probengasleitung, ob die CO₂-Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen für die Patientenüberwachung mit den Probegasleitungen bekannt, vorausgesetzt die erhaltenen Messwerte werden unter Berücksichtigung des Patientenzustandes ausgewertet.

Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur an Ärzte oder von einem Arzt beauftragte Personen verkauft werden.

Gebrauchsanweisung

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen Austausch der-Probengasleitung nach mindestens 72 Stunden.

Symbole

	CE Kennzeichnung	
	Verwendbar bis	Achtung
	Stückzahl	Nur für den einmaligen Gebrauch
	Katalognummer Gas	Temperaturgrenzwerte
	Latex frei	Siehe Gebrauchsanweisung
	Hersteller	Herrstellungsdatum
	Lot Nummer	Feuchtigkeitsgrenzwerte
	PHT frei	Typ Nummer
	Druckgrenzwerte	Bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht verwenden

Disposable- Gas Sampling Lines S

⚠ Warning: Do not cut or remove any part of the sampling line. Cutting the sampling line could lead to erroneous readings.

⚠ Warning: Loose or damaged connections may compromise ventilation or cause an inaccurate measurement of respiratory gases. Securely connect all components and check connections for leaks according to standard clinical procedures.

⚠ Warning: Due to risk of cross contamination, do not re-use.

⚠ Caution: Do not attempt to clean, disinfect, sterilize or flush any part of the sampling line as this can cause damage to the monitor.

⚠ Caution: Dispose of sampling lines in accordance with standard operating procedures or local regulations for the disposal of contaminated medical waste.

Note: Replace the sampling line in accordance with hospital protocols or when a blockage is indicated by the device. Excessive patient secretions or a build-up of liquids in the airway tubing may occlude the sampling line, therefore requiring more frequent replacement.

Note: When connecting a sampling line to the monitor, insert the sampling line connector clockwise into the monitor CO₂ port and turn the connector until it can no longer be turned, so as to ensure that it is connected securely to the monitor. This will ensure that there is no leakage of gases during measurement at the connection point and that measurement accuracy is not compromised.

Note: Following connection of the CO₂ sampling line, check that CO₂ values appear on the monitor display.

Contraindications

There are no known contraindications for patient monitoring with the sampling lines provided that the data obtained by the gas monitoring is evaluated with consideration given to the patients clinical condition.

Federal law (U.S.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Instructions for use

For reasons of hygiene, replacing sampling lines within a maximum period of 72 hours is recommended.

Symbols

	CE mark	
	Use by	
	Quantity	
	Catalogue number	
	Latex free	
	Manufacturer	
	Lot number	
	PHT free	
	Atmospheric pressure limitation	