

Test Report OOM108 Oxygen Sensor

Test Place: / Teszt helyszíne:	SZTE AOK KARDIO. KOZPONT SZIVSÉB. ITO	Tested by: / Tesztet végző személy:	BARNANE TURCSOKI ANDREA
Ventilator Master Data / Lélegeztetőgép adatai			
Ventilator type: / Típus:	MAQUET	Ventilator Serial Number: / Sorozatszám:	96925
Ventilator Software Version: / Szoftver:	V80001	Ventilator Manufacturing Date: / Gyártási idő:	2020.06.22.
Sensor Master Data (currently used / original one) / Szenzor adatai (jelenleg használt / eredeti)			
Sensor type: Szenzor típusa	MAQUET	Sensor Part Number: / Cikkszám:	6640044
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA475520	Others: / Egyéb:	
Sensor Master Data (tested sensor) / A tesztelt szenzor adatai			
Sensor type: / Szenzor típusa	Honeywell medical O2 sensor	Sensor Part Number: / Cikkszám:	OOM108 E01-00-0075
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA600016	Others: / Egyéb	Gyártási idő: 2023-05-01

Test Assignment / Teszt szempontjai

Check of oxygen sensor OOM108 in MAQUET ventilator regarding to compatibility, usability, installation, calibration and measurement accuracy.

Az OOM108 O₂ szenzor tesztelése a MAQUET lélegeztetőgépben kompatibilitás, felhasználhatóság, telepítés, kalibráció, és méréspontosság szempontok alapján.

Checklist

Pos.	Check Item	Yes	No	Comments/megjegyzés
1	Sensor usability / Érzékelő használata Sensor usability is same as the original one? / A használhata ugyanaz, mint az eredeti érzékelőnek?	✓		
2	Sensor installation / Telepítés Sensor installation is same as the original one? / A telepítése ugyanolyan, mint az eredeti érzékelőnek?	✓		
3	Sensor calibration / Kalibráció Sensor calibration was successful in the ventilator? / A lélegeztető kalibrációja sikeres volt?	✓		
4	Oxygen Measurement / Mérés Sensor works without issues in ventilator? Problémamentesen zajlott a lélegeztetőgép működése?	✓		

Final Conclusion:

The oxygen sensor type OOM108 tested in MAQUET ventilator is compatible to the currently used oxygen sensor made by MAQUET.

Eredmény:

A tesztelt OOM108 érzékelő teljes mértékben kompatibilis a MAQUET gyártmányú O₂ érzékelővel a MAQUET lélegeztetőgépben.

☒ Yes/Igen

☐ No/Nem

Amennyiben nemleges választ adott, és van egyéb, lényeges megjegyzése, kérem, írja le!

Szeged, 2023. 09.12.

Date: / Dátum:

[Signature]

Signature: / Aláírás

SZTE SZAKK Belső Biztonsági Osztály
Szeged, 6723 Szeged, Széchenyi Zoltán
Tél: 62/513-183, Fax: 62/513-184
E-mail: belso@szte.hu

	Revision:	Created – Erstellt:	Page – Seite:
C:\Users\E339512\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\YEPULFMN\OOM108_compatibility_check-0.docx		MS	1 / 1

Template: Prüfbericht.dot / Rev. 2 gültig: 05.01.2023

Test Report OOM108 Oxygen Sensor

Test Place: / Teszt helyszíne:	SITE AOK LADDO KÖZPONT SZÜSER. ITO		Tested by: / Tesztet végző személy:	BARDANE TURCSOKI ANDREA	
Ventilator Master Data / Lélegeztetőgép adatai					
Ventilator type: / Típus:	MAQUET		Ventilator Serial Number: / Sorozatszám:	97744	
Ventilator Software Version: / Szoftver:	V80001		Ventilator Manufacturing Date: / Gyártási idő:	2020.07.29.	
Sensor Master Data (currently used / original one) / Szenzor adatai (jelenleg használt / eredeti)					
Sensor type: Szenzor típusa	MAQUET		Sensor Part Number: / Cikkszám:	6640044	
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA 475519		Others: / Egyéb:		
Sensor Master Data (tested sensor) / A tesztelt szenzor adatai					
Sensor type: / Szenzor típusa	Honeywell medical O2 sensor		Sensor Part Number: / Cikkszám:	OOM108 E01-00-0075	
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA600016		Others: / Egyéb	Gyártási idő: 2023-05-01	

Test Assignment / Teszt szempontjai

Check of oxygen sensor OOM108 in MAQUET ventilator regarding to compatibility, usability, installation, calibration and measurement accuracy.

Az OOM108 O₂ szenzor tesztelése a MAQUET lélegeztetőgépben kompatibilitás, felhasználhatóság, telepítés, kalibráció, és méréspontosság szempontok alapján.

Checklist

Pos.	Check Item	Yes	No	Comments/megjegyzés
1	Sensor usability / Érzékelő használata Sensor usability is same as the original one? / A használhata ugyanaz, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
2	Sensor installation / Telepítés Sensor installation is same as the original one? / A telepítése ugyanolyan, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
3	Sensor calibration / Kalibráció Sensor calibration was successful in the ventilator? / A lélegeztető kalibrációja sikeres volt?	☒	☐	
4	Oxygen Measurement / Mérés Sensor works without issues in ventilator? Problémamentesen zajlott a lélegeztetőgép működése?	☒	☐	

Final Conclusion:

The oxygen sensor type OOM108 tested in MAQUET ventilator is compatible to the currently used oxygen sensor made by MAQUET.

Eredmény:

A tesztelt OOM108 érzékelő teljes mértékben kompatibilis a MAQUET gyártmányú O₂ érzékelővel a MAQUET lélegeztetőgépben.

☒ Yes/Igen

☐ No/Nem

Amennyiben nemleges választ adott, és van egyéb, lényeges megjegyzése, kérem, írja le!

Szeged, 2023.11.27.

Date: / Dátum:

SZTE SZAKKépzési Igazgató

Signature: / Aláírás
Lélegeztetőgép osztály vezetője
6225 Szeged, Semmelweis u. 8.
Tel.: 62/545-483, Fax: 62/544-563

	Revision:	Created – Erstellt:	Page – Seite:
C:\Users\E339512\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\YEPULFMN\OOM108_compatibility_check-0.docx		MS	1 / 1

Template: Prüfbericht.dot / Rev. 2 gültig: 05.01.2023

Test Report OOM108 Oxygen Sensor

Test Place: / Teszt helyszíne:	SITE AOK KARDIO KOZTONT SZIVSEB. ITO	Tested by: / Tesztet végző személy	BARNABE TURCSOKI ANDREA
Ventilator Master Data / Lélegeztetőgép adatai			
Ventilator type: / Típus:	MAQUET	Ventilator Serial Number: / Sorozatszám:	96789
Ventilator Software Version: / Szoftver:	V80001	Ventilator Manufacturing Date: / Gyártási idő:	2020.06.18.
Sensor Master Data (currently used / original one) / Szenzor adatai (jelenleg használt / eredeti)			
Sensor type: Szenzor típusa	MAQUET	Sensor Part Number: / Cikkszám:	6640044
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA 4 67281	Others: / Egyéb:	
Sensor Master Data (tested sensor) / A tesztelt szenzor adatai			
Sensor type: / Szenzor típusa	Honeywell medical O2 sensor	Sensor Part Number: / Cikkszám:	OOM108 E01-00-0075
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA600016	Others: / Egyéb	Gyártási idő: 2023-05-01

Test Assignment / Teszt szempontjai

Check of oxygen sensor OOM108 in MAQUET ventilator regarding to compatibility, usability, installation, calibration and measurement accuracy.

Az OOM108 O₂ szenzor tesztelése a MAQUET lélegeztetőgépben kompatibilitás, felhasználhatóság, telepítés, kalibráció, és méréspontosság szempontok alapján.

Checklist

Pos.	Check Item	Yes	No	Comments/megjegyzés
1	Sensor usability / Érzékelő használata Sensor usability is same as the original one? / A használható ugyanaz, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
2	Sensor installation / Telepítés Sensor installation is same as the original one? / A telepítése ugyanolyan, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
3	Sensor calibration / Kalibráció Sensor calibration was successful in the ventilator? / A lélegeztető kalibrációja sikeres volt?	☒	☐	
4	Oxygen Measurement / Mérés Sensor works without issues in ventilator? Problémamentesen zajlott a lélegeztetőgép működése?	☒	☐	

Final Conclusion:

The oxygen sensor type OOM108 tested in MAQUET ventilator is compatible to the currently used oxygen sensor made by MAQUET.

Eredmény:

A tesztelt OOM108 érzékelő teljes mértékben kompatibilis a MAQUET gyártmányú O₂ érzékelővel a MAQUET lélegeztetőgépben.



Yes/Igen



No/Nem

Amennyiben nemleges választ adott, és van egyéb, lényeges megjegyzése, kérem, írja le!

Szeged, 2023.11.27.

Date: / Dátum:



Signature: / Aláírás

Dr. Hegedűs Zoltán
Belgyógyászati Klinika
Belgyógyászati Osztály 064310205 (5)
Főorvos: Dr. Hegedűs Zoltán mb. osztályvezető
6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
Tel.: 62/545-483, Fax: 62/544-563



C:\Users\E339512\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\YEPULFMN\OOM108_compatibility_check-0.docx

Template: Prüfbericht.dot / Rev. 2 gültig: 05.01.2023

Revision:

Created –
Erstellt:

Page –
Seite:

MS

1 / 1

Test Report OOM108 Oxygen Sensor

Test Place: / Teszt helyszíne:	STEADOK KARDIO KÖZPONT SZIVSER ITO	Tested by: / Tesztet végző személy	BARNÁK TURCSÓKI ANDREA
Ventilator Master Data / Lélegeztetőgép adatai			
Ventilator type: / Típus:	MAQUET	Ventilator Serial Number: / Sorozatszám:	97741
Ventilator Software Version: / Szoftver:	V80001	Ventilator Manufacturing Date: / Gyártási idő:	2020.07.09.
Sensor Master Data (currently used / original one) / Szenzor adatai (jelenleg használt / eredeti)			
Sensor type: Szenzor típusa	MAQUET	Sensor Part Number: / Cikkszám:	664044
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA 475525	Others: / Egyéb:	
Sensor Master Data (tested sensor) / A tesztelt szenzor adatai			
Sensor type: / Szenzor típusa	Honeywell medical O2 sensor	Sensor Part Number: / Cikkszám:	OOM108 E01-00-0075
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	AA600016	Others: / Egyéb	Gyártási idő: 2023-05-01

Test Assignment / Teszt szempontjai

Check of oxygen sensor OOM108 in MAQUET ventilator regarding to compatibility, usability, installation, calibration and measurement accuracy.

Az OOM108 O₂ szenzor tesztelése a MAQUET lélegeztetőgépben kompatibilitás, felhasználhatóság, telepítés, kalibráció, és méréspontosság szempontok alapján.

Checklist

Pos.	Check Item	Yes	No	Comments/megjegyzés
1	Sensor usability / Érzékelő használata Sensor usability is same as the original one? / A használható ugyanaz, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
2	Sensor installation / Telepítés Sensor installation is same as the original one? / A telepítése ugyanolyan, mint az eredeti érzékelőnek?	☒	☐	
3	Sensor calibration / Kalibráció Sensor calibration was successful in the ventilator? / A lélegeztető kalibrációja sikeres volt?	☒	☐	
4	Oxygen Measurement / Mérés Sensor works without issues in ventilator? Problémamentesen zajlott a lélegeztetőgép működése?	☒	☐	

Final Conclusion:

The oxygen sensor type OOM108 tested in MAQUET ventilator is compatible to the currently used oxygen sensor made by MAQUET.

Eredmény:

A tesztelt OOM108 érzékelő teljes mértékben kompatibilis a MAQUET gyártmányú O₂ érzékelővel a MAQUET lélegeztetőgépben.

☒ Yes/Igen

☐ No/Nem

Amennyiben nemleges választ adott, és van egyéb, lényeges megjegyzése, kérem, írja le!

Szeged, 2023. 11. 27.

Date: / Dátum:

Bueri Tíme BCL

SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika
Szegedi Egyetem Belgyógyászati Osztály 064310205 (5)
Vezető: Dr. Hegedűs Zoltán mb. osztályvezető
6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
Tel.: 62/545-483. Fax: 62/544-563

	Revision:	Created – Erstellt:	Page – Seite:
C:\Users\E339512\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YEPULFMN\OOM108_compatibility_check-0.docx		MS	1 / 1

Template: Prüfbericht.dot / Rev. 2 gültig: 05.01.2023