

PRÜFBERICHT - TEST REPORT Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	49403788	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300279792
-----------------------------------	----------	---	-----------



Kunde / Customer <i>Vianup</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No. RTS11001000
Auftragsdatum / Date of Order 08.10.2024	
Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>V. G.</i>

Beanstandung / Objection

Leiterplatte lose

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1002780	<i>02/24</i>	110481	<i>05/25</i>	Oxygen Sensor OOM112 VIA

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]			
2 [%]			
3 [µV]			

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect: <i>Leiterplatte lose</i>	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications
	außerhalb der Garantie / out of warranty

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>B. M.</i>
Bearbeitet / Processed <i>21.10.24</i>	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	49403789	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300279792
-----------------------------------	----------	---	-----------



Kunde / Customer <i>Via med</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No. RTS11001000
Auftragsdatum / Date of Order 08.10.2024	
Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>W. G.</i>

Beanstandung / Objection <i>Leiterplatte lose</i>
--

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
E1002780	<i>02/24</i>	110524	<i>05/25</i>	Oxygen Sensor OOM112 VIA

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report

Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]			
2 [%]			
3 [µV]			

Prüfbericht / Checklist

Fehler / Defect: <i>Leiterplatte lose</i>	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz / Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil / Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV / Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt / Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications
	außerhalb der Garantie / out of warranty

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>B. M.</i>
Bearbeitet / Processed <i>21.10.24</i>	