

EnviteC-Wismar GmbH Alter Holzhafen 18 23966 Wismar

Viamed Ltd.
Cross Hills
15 Station Road
Keighley, BD20 7DT
Great Britain

Credit note VGG44014

(Please state always)

Page 1
08.05.14

Contact	Jessica Wagner
Phone No.	+49-3841 360 206
Fax No.	+49 (0) 3841 / 360-222
E-Mail	Jessica.Wagner@honeywell.com
EAR-No.	DE 57798680
Customer-no.	D10856
Your Reference	RMA 14/5068

No.	Description	Quantity	Unit	Unit Price	%	Amount
1001202	Oxygen Sensor OOM112 S/N: V0 2397- 2408 warranty	6	á2	46,00		276,00
Total EUR						276,00

Ship-to Address

EnviteC-Wismar GmbH
Umweltschutz und Medizintechnik
a Honeywell Company
Alter Holzhafen 18, 23966 Wismar, Germany
Phone: +49 (0) 3841 / 360-1
Phone: +49 (0) 3841 / 360-200 Sales
Fax: +49 (0) 3841 / 360-222
www.envitec.com • info@envitec.com

Managing Directors
Geschäftsführung: Kolja Kress, Marcus Ostländer

Bank Account: Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Bankcode/BLZ: 500 700 10 • Euro account/€-Konto: 094 809 100
BIC (Swift Code) DEUTDEFF • IBAN DE94 5007 0010 0094 8091 00
Tax Numbers: VAT-Number/UST.-Nummer: DE 137 437 213 • 080/108/02386
Trade Register: Schwerin, Register Number: HRB 1838

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	<i>7u</i>
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	<i>03/13</i>	V02397	<i>06/14</i>	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	<i>32 ± 6</i>	<i>18,8</i>	
2 [%]	<i>< 3,5</i>	<i>> 3,5</i>	
3 [µV]	<i>< 400</i>	<i>2.328</i>	

Prüfbericht / Checklist															
Fehler / Defect:	<table border="0"> <tr><td>O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance</td><td></td></tr> <tr><td>O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable</td><td></td></tr> <tr><td>O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance</td><td><i>x</i></td></tr> <tr><td>O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV</td><td></td></tr> <tr><td>O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective</td><td></td></tr> <tr><td>O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage</td><td></td></tr> <tr><td>O2-S007..Sonstiges / Others</td><td></td></tr> </table>	O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance		O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable		O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance	<i>x</i>	O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV		O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective		O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage		O2-S007..Sonstiges / Others	
O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance															
O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable															
O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance	<i>x</i>														
O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV															
O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective															
O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage															
O2-S007..Sonstiges / Others															
Bemerkungen / Remark															

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>i.A. White</i>
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	03/13	V02398	06/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	19,3	
2 [%]	< 3,5	> 3,5	
3 [µV]	< 400	1.402	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted	☒	Nicht anerkannt / Not Accepted	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected:
Bearbeitet / Processed	i.A. Winter

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	TL
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	03/13	V02399	06/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	19,1	
2 [%]	< 3,5	> 3,5	
3 [µV]	< 400	1.158	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i.A. Winter
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	<i>Th</i>
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	<i>03/13</i>	V02400	<i>06/14</i>	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	<i>32 ± 6</i>	<i>19,8</i>	
2 [%]	<i>< 3,5</i>	<i>> 3,5</i>	
3 [µV]	<i>< 400</i>	<i>2.346</i>	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001...Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002...Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003...Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004...Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005...Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006...Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007...Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>i. A. Winter</i>
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068		Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills		Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code			Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection				
Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02401	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	25,1	
2 [%]	3,5	< 3,5	
3 [µV]	< 400	545	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i.A. Winter
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02402	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	24.8	
2 [%]	13.5	> 3.5	
3 [µV]	1400	8.15	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001...Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002...Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003...Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004...Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005...Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006...Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007...Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i.A. Winter
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02403	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	23,8	
2 [%]	43,5	> 3,5	
3 [µV]	1400	4. 193	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i. A. White
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02404	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	21,5	
2 [%]	13,5	13,5	
3 [µV]	1400	1.727	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted	☒	Nicht anerkannt / Not Accepted	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected:
Bearbeitet / Processed	i.A. Winter

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02405	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	28,7	
2 [%]	13,5	> 3,5	
3 [µV]	< 400	9.201	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected:
Bearbeitet / Processed	i.A. Winter

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	<i>Th</i>
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	<i>05/13</i>	V02406	<i>08/14</i>	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	<i>32 ± 6</i>	<i>24,4</i>	
2 [%]	<i>< 3,5</i>	<i>> 3,5</i>	
3 [µV]	<i>< 200</i>	<i>4.875</i>	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001...Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002...Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003...Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004...Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005...Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006...Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007...Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: <i>i.A. Winker</i>
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/13	V02407	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	25,1	
2 [%]	< 3,5	> 3,5	
3 [µV]	< 400	3.730	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i.A. Winter
Bearbeitet / Processed	

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

ENVITEC

by Honeywell

Vorgangsnummer / Process Number	RMA14/5068	Auftragsdatum / Date of Order	15.04.14
Kunde / Customer	Viamed Ltd. Cross Hills	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.	Low output
Lief.an Code / Delivery Code		Aufgenommen von / Received by	Th
Beanstandung / Objection			

Artikelnummer / Part No.	Herstell. Datum / Date of Manufact.	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	Garantie bis / End of Warranty Date	Beschreibung / Description
1001202	05/12	V02408	08/14	OOM112

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere | [20,95 % vol.O2] |
| 2 | Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurment | [100 % vol.O2] |
| 3 | Nullsignal / Zero Signal | [100 % vol.N2] |

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal 1	Signal 1
1 [mV]	32 ± 6	20,9	
2 [%]	3,5	3,5	
3 [µV]	400	7.641	

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerh.Toleranz - Signal Out Of Tolerance O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	Geprüft / Inspected: i.A. Winter
Bearbeitet / Processed	