

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Vorgangsnummer / Process Number UMA16/5005		Kunde / Customer Vamed Ltd. Cross Hills		Lieferanten Code / Delivery Code	
Auftragsdatum / Date of Order 12.01.16		Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.		Bezeichnung / Description OOM103	
Artikelnummer / Part No. 01-00-0015		Herstell. Datum / Date of Manufact. 06/15		Code + Seriennummer / Code + Serial No. V04817	
Garantie bis / End of Warranty Date 09/16		Beschreibung / Description OOM103			

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

1 Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere

2 Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement

3 Nullsignal / Zero Signal

Messprotokoll / Test Report		Prüfkriterien / Test Parameters	
Spezifiziert / Specified		Gemessen / Measured	
1 [mV]	1.2	10.9	
2 [%]	3	7.3	
3 [µV]	200	2.38	

Prüfbericht / Checklist		Fehler / Defect:	
02-S001..Luftwert außerh. Toleranz - Signal Out Of Tolerance			
02-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable			
02-S003..Offset außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance			
02-S004..Signal 0mV - Signal 0mV			
02-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective			
02-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage			
02-S007..Sonstiges / Others			
Bemerkungen / Remark			

Anerkannt / Accepted	☒	Nicht anerkannt / Not Accepted	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Austausch / Replacement		Rücksendung / Return	
VB-Nr. / VB No.		Lieferdatum / Delivery Date	
Seriennummer / Serial No.		Geprüft / Inspected:	! A. W. H.
Lieferdatum / Delivery Date		Bearbeitet / Processed	