

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Vorgangsnummer / Process Number		RMA16/5005		Auftragsdatum / Date of Order		12.01.16	
Kunde / Customer		Viamed Ltd. Cross Hills		Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No.			
Lieferan Code / Delivery Code				Aufgenommen von / Received by			
Beanstandung / Objection							

Artikelnummer / Part No.	01-00-0015	Herstell. Datum / Date of Manufact.	06/15	Code + Seriennummer / Code + Serial No.	V04835	Garantie bis / End of Warranty Date	09/16	Beschreibung / Description	OOM103
--------------------------	------------	-------------------------------------	-------	---	--------	-------------------------------------	-------	----------------------------	--------

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

1	Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere	[20,95 % vol.O2]
2	Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement	[100 % vol.O2]
3	Nullsignal / Zero Signal	[100 % vol.N2]

Messprotokoll / Test Report			
Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified		Gemessen / Measured
	1 [mV]	1,2 ± 0,2	10,6
	2 [%]	3	73
	3 [µV]	200	281

Prüfbericht / Checklist	
Fehler / Defect:	O2-S001..Luftwert außerhalb.Toleranz - Signal Out Of Tolerance
	O2-S002..Signal Instabil - Signal Not Stable
	O2-S003..Offset Außerh. Toleranz - Offset Out Of Tolerance
	O2-S004..Signal 0mV - Signal 0mV
	O2-S005..Gehäuse Defekt - Housing Defective
	O2-S006..Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage
	O2-S007..Sonstiges / Others
Bemerkungen / Remark	

Anerkannt / Accepted	☒
Nicht anerkannt / Not Accepted	☐

Austausch / Replacement	
VB-Nr. / VB No.	
Seriennummer / Serial No.:	
Lieferdatum / Delivery Date	
Bearbeitet / Processed	
Geprüft / Inspected:	I. A. White
Rücksendung / Return	
Lieferdatum / Delivery Date	