

Difference

Datum	SENSORTYP	LABELNR	LUFTWERT1	OFFSET1	LUFTWERT2	OFFSET2	WERTUNG
			µV	µV	µV	µV	
17.11.11	OOM204	V0 1026	11680	191	12030	197	+
17.11.11	OOM204	V0 1027	11740	182	11400	193	+
17.11.11	OOM204	V0 1028	11930	146	12270	173	+
17.11.11	OOM204	V0 1029	11880	160	12330	169	+
17.11.11	OOM204	V0 1030	11860	172	12510	158	+
17.11.11	OOM204	V0 1031	12050	187	11990	197	+
17.11.11	OOM204	V0 1032	12010	177	11960	189	+
17.11.11	OOM204	V0 1033	11730	176	11410	174	+
17.11.11	OOM204	V0 1034	11520	160	12580	167	+
17.11.11	OOM204	V0 1035	11930	157	12450	188	+
17.11.11	OOM204	V0 1036	12090	171	12200	177	+
17.11.11	OOM204	V0 1037	12040	170	12370	154	+
17.11.11	OOM204	V0 1038	11710	164	12850	196	+
17.11.11	OOM204	V0 1039	12110	171	11690	196	+
17.11.11	OOM204	V0 1040	11770	161	11480	162	+
17.11.11	OOM204	V0 1041	12000	192	11490	169	+
17.11.11	OOM204	V0 1042	12150	179	11860	175	+
17.11.11	OOM204	V0 1043	11830	179	12160	186	+
17.11.11	OOM204	V0 1044	11880	194	11660	195	+
17.11.11	OOM204	V0 1045	11770	159	11500	161	+
17.11.11	OOM204	V0 1046	11390	178	11590	198	+
17.11.11	OOM204	V0 1047	10750	137	11130	127	+
17.11.11	OOM204	V0 1048	11370	152	11990	160	+
17.11.11	OOM204	V0 1049	11010	144	11950	160	+
17.11.11	OOM204	V0 1050	11260	166	11570	142	+

0.35

0.34

0.34

0.45

0.65

0.06

<0.1 (0.05)

0.32

1.06

0.52

0.11

0.33

1.14

0.42

0.29

0.51

0.29

0.33

0.22

0.27

0.28

0.38

0.62

0.94

0.31

Works

Failing